

# EUROPLUS

TRAITEMENT NATUREL DE L'EAU

## Mode d'emploi

Enlever le capuchon du testeur et appuyer sur POWER pour allumer le tester qui affiche 000 ppm et la température en °C ou en °F.

Pour changer l'unité de mesure de température, appuyer sur MODE

Tenir l'appareil sur les côtés et tremper le bas du testeur (pas plus haut que le logo HM) dans la solutions à mesurer en le remuant doucement dans l'eau pour chasser les bulles d'air. Eviter que le testeur ne touche le fond du récipient.

Tenir le testeur dans la solution pendant 5 secondes. Après avoir lu les chiffres indiqués, remettre le testeur dans la solution encore 5 secondes, répéter plusieurs fois jusqu'à trouver toujours le même affichage: c'est la mesure exacte.

Rincer le testeur dans une eau osmose ou pure (ex. Rosée de la Reine)

Pour pouvoir conserver plus longtemps les informations de lecture, appuyer sur HOL, appuyer à nouveau sur HOLD pour les effacer.

Eteindre l'appareil en appuyant sur POWER, le remuer pour chasser les gouttes d'eau de l'appareil, replacer le capuchon.

À savoir: l'appareil est fourni avec sa pile bouton CR2032 au sommet. Tirer délicatement le couvercle au sommet du testeur: attention à ne pas arracher les fils électriques. Remplacer la pile en respectant la polarité.

### **ATTENTION PRECAUTION D'UTILISATION**

Ne pas tremper votre appareil dans une eau très chaude trop longtemps.

Ne pas toucher les électrodes avec les doigts

Toujours rincer votre TDS Mètre après usage.